smiths medical
bringing technology to life
donner vie à la technologie

Pulsator® sans aiguille - Héparine liquide et héparine sèche
Mode d'emploi des seringues pour prélèvements artériels

Réf : 910/400/360 - 910/400/365 - 4046E


Figure 1


Figure 2

Figure 3

1 Préparation de la seringue
Sortir la seringue du sachet.
Connecter l'aiguille appropriée pour le prélèvement puis purger entièrement celle-ci.

2 Ponction
Procéder à la ponction artérielle sans aspirer : le sang reflue dans la seringue et le piston monte automatiquement jusqu'au volume désiré par le soignant (sécurité anti-désolidarisation du piston).
Dépiquer d'une main et procéder au point de compression artérielle de l'autre main.
Désolidariser l'aiguille souillée grâce aux encoches d'un collecteur.

3 Mise en place du Filter Pro
Sortir le Filter Pro du sachet.
Emboiter le Filter Pro sur l'extrémité luer de la seringue (fig.1) et faire un quart de tour afin de sécuriser l'ensemble (fig.2).
Faire remonter les bulles d'air en tapotant la seringue.
Puis purger celle-ci doucement pour éliminer l'air du prélèvement grâce au Filter Pro : une résistance apparait au niveau du piston et le Filter Pro se colore de sang (fig. 3).
Système parfaitement étanche.

4 Acheminement
Procéder au mélange sang/héparine en roulant doucement la seringue entre les deux mains pendant 15 à 30 secondes.
Envoyer le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible et selon les procédures internes de l'établissement.

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles 94656 RUNGIS Cedex Tel: 01 58 42 50 00 Fax: 01 58 42 50 50
www.smiths-medical.com

Pulsator, Filter Pro et Smiths Medical sont des marques déposées de Smiths Group plc.
SECUR20-Ed1011-RevB

JELCO®